



Atti 551/2017 - all. 21)

Milano, 30.05.2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI CIRCUITI PER IRRIGAZIONE/ASPIRAZIONE CON MANIPOLO A TROMBETTA LAPAROSCOPICO COMPRENDENTE POMPE PER IRRIGAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO, PER 36 MESI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO"

VERBALE DI ESITO DELLE VALUTAZIONI TECNICHE

A seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in raffronto alle specifiche tecniche richieste dalla regola di gara, sono emerse le seguenti risultanze:

- l'offerta della ditta **B. Braun Italia S.p.A.** non è conforme a quanto disposto dalla lettera d'invito in quanto trattasi di una pompa di lavaggio a movimento peristaltico ad altissima pressione (400 mm Hg) con una portata massima in fase di irrigazione di 1,8 l/min., mentre nella *lex specialis* di gara era richiesta una pompa con una portata variabile in un range compreso almeno tra 2.000 cc/min e 4.000 cc/min.

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: Sig.ra Marzia Colombo / Sig.ra Monca Varisco

