



OGGETTO: indagine di mercato per la fornitura di n. 3 videolaringoscopi - CPV 33168100-6

Spett.le ditta, questa Fondazione IRCCS ha la necessità di acquisire n. 3 videolaringoscopi necessari ai diversi blocchi operatori della Fondazione IRCCS.

1

Per quanto sopra, si intende attivare consultazione, tramite indagine di mercato, mediante il sistema di intermediazione telematica SinTel, accessibile all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), al fine di informare il mercato circa le necessità della Fondazione IRCCS e di verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire le apparecchiature di cui trattasi, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: Videolaringoscopi per intubazioni difficili, previste o imprevedute, nell'ambito dei Blocchi Operatori del Pad. Cesarina Riva, del Pad. Monteggia e del Pad. Zonda e nella prospettiva di un sempre più frequente utilizzo dei videolaringoscopi quali strumenti complementari ai fibroscopi per intubazione per la visualizzazione e l'intubazione delle vie aeree.

I videolaringoscopi proposti dovranno permettere di affrontare le eventualità di passaggio da uno strumento all'altro, da videolaringoscopio a fibroscopio per intubazione e viceversa, talvolta da attuare in tempi molto brevi, con l'ottimizzazione della visione delle vie aeree con il fibroscopio flessibile per intubazione, attuata al momento mediante visione diretta dell'operatore nell'oculare del fibroscopio, attraverso l'interfacciamento del fibroscopio al monitor del videolaringoscopio. Pertanto, ciascun videolaringoscopio proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

1. dotato di n.3 lame pluriuso delle seguenti tipologie:
  - a. n.1 lama "tradizionale" (tipo Macintosh) di misura 3;
  - b. n.1 lama "tradizionale" (tipo Macintosh) di misura 4;
  - c. n.1 lama curva per le intubazioni difficili;
2. dotato di monitor carrellato, non integrato all'impugnatura del videolaringoscopio, con display a colori di almeno 6 pollici;
3. dotato di testa di telecamera e relativi accessori ed adattatori, per l'interfacciamento dei seguenti broncoscopi/fibroscopi flessibili per intubazione al monitor carrellato del videolaringoscopio:
  - a. PENTAX
    - mod. FI 16 BS;
    - mod. FI 10 BS;
    - mod. FI 13 BS;
    - mod. FB 15 P;
  - b. OLYMPUS





- mod. LF DP;
- mod. BF PE2;
- mod. BF P30;
- mod. BF 3C30;
- mod. LF1;

4. avere la possibilità di collegare contemporaneamente due strumenti di intubazione (fibroscopio flessibile e videolarinoscopio), con possibilità di scegliere quale utilizzare e di passare rapidamente da uno strumento all'altro;
5. garantire la memorizzazione di video e foto e il salvataggio su memoria rimovibile (SD e/o USB);
6. uscita video HDMI per poter visualizzare le immagini su altro monitor di sala (ad esempio nell'ambito lavorativo di una sala operatoria integrata);
7. funzionamento sia con alimentazione da batteria che da rete elettrica;
8. conforme alla direttiva 93/42/CE ed ss.mm.ii;
9. garanzia full-risk 24 mesi dalla data del positivo collaudo;

Le proposte di interesse, munite della pertinente documentazione tecnica, atta ad individuare le caratteristiche del sistema proposto, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle  
ore 12,00 del giorno 26/05/2017

All'esito dell'indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. In ogni caso, il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

#### CHIARIMENTI

U.O.C. Approvvigionamenti ☎ 02/5503.8212

Distinti saluti.

Il direttore  
dell'U.O.C. Approvvigionamenti  
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti  
Responsabile del procedimento: ing. Paolo Cassoli  
Pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni – Tel. 02/5503.8212 – fax 02/58306067  
e-mail: [tommaso.bruni@policlinico.mi.it](mailto:tommaso.bruni@policlinico.mi.it)  
pec: [approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it](mailto:approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it)

