



OGGETTO: indagine di mercato per la fornitura di n. 1 stimolatore cardiaco esterno - CPV 33100000-1 - Apparecchiature mediche

Spett.le ditta, questa Fondazione IRCCS ha la necessità di acquisire n. 1 stimolatore cardiaco esterno da utilizzare presso l'U.O.C. Malattie cardiovascolari della Fondazione IRCCS.

1

Per quanto sopra, si intende attivare consultazione, tramite indagine di mercato, mediante il sistema di intermediazione telematica SinTel, accessibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, al fine di informare il mercato circa le necessità della Fondazione IRCCS e di verificare il novero degli operatori economici in grado di fornire le apparecchiature di cui trattasi, aventi le le caratteristiche tecniche di cui allegato.

Le proposte di interesse, munite della pertinente documentazione tecnica, atta ad individuare le caratteristiche del sistema proposto, dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 8/06/2017

All'esito dell'indagine di mercato, la Fondazione IRCCS determinerà la tipologia di procedura più idonea per l'affidamento della fornitura in parola e, qualora ve ne siano i presupposti, svolgerà una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. In ogni caso, il presente avviso è da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse; la presente indagine non vincola in alcun modo la Fondazione IRCCS e le manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti

CHIARIMENTI

U.O.C. Approvvigionamenti ☎ 02/5503.8212

Distinti saluti.

Il direttore
dell'U.O.C. Approvvigionamenti
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Approvvigionamenti
Responsabile del procedimento: ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: dott. Tommaso Bruni - Tel. 02/5503.8212 - fax 02/58306067
e-mail: tommaso.bruni@policlinico.mi.it
pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it



CAPITOLATO TECNICO PER ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Tipo di apparecchiatura: STIMOLATORE CARDIACO ESTERNO

Caratteristiche tecniche

- Presenza di almeno due canali in uscita programmabili in maniera indipendente per durata ed intensità dello stimolo per applicazioni endocavitarie;
- Possibilità di gestione mediante touch screen;
- Possibilità di controllo dello stimolatore sia presso la sala comandi che presso il lettino del paziente;
- Presenza di un software che consenta la programmazione interattiva di diversi parametri correlati con l'attività di pacing:
 - Ampiezza della corrente
 - Ampiezza dell'impulso
 - Caratteristiche dello stimolo, con l'inclusione del numero della sequenza di trasmissione e la durata
- Memorizzazione protocolli di stimolazione
- Memorizzazione fasi di stimolazione
- Peso e dimensioni ridotte;
- Applicativi software ed interfaccia utente user friendly, facilità nella programmazione dei protocolli;
- Tempo necessario per passare da un protocollo di stimolazione ad un altro ridotto;
- Certificazione ai sensi della direttiva 93/42/CEE e s.m.i.;

Servizi inclusi nella fornitura:

- Consegna, installazione e collaudo;
- Formazione all'uso del dispositivo per il personale sanitario;
- Garanzia di almeno 12 mesi (inclusiva di sostituzione delle parti con vita monte ore dipendente come ad esempio batterie, filtri, lampadine);
- 12 mesi di manutenzione "full-risk" inclusiva di almeno n. 1 intervento/anno di manutenzione (riferirsi al manuale d'uso per periodicità e protocolli).
- Dichiarazione disponibilità parti di ricambio per dieci anni dall'acquisto del bene
- Fornitura dell'elenco dei materiali di consumo eventualmente necessari, precisando se trattasi di materiali dedicati esclusivi, con indicazione dei relativi costi unitari
- Fornitura dell'elenco degli accessori opzionali disponibili con indicazione dei relativi costi