



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 55038218

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 1723/2016 – all. 21

Milano, 27.06.2017

**FORNITURA DI KIT PER L'ESECUZIONE DI TEST PER SIEROLOGIA TREPONEMA RPR, OCCORRENTI AL LABORATORIO DI VIROLOGIA DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, PER 36 MESI – ASSEGNAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DEL MERCATO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.**

#### CHIARIMENTO 2

**Domanda:** Buongiorno, potremmo offrire un kit per la determinazione in agglutinazione delle reagine associabili alla Lue con la presenza di particelle di carbone (VDRL modificata), è quello che chiedete? Dite che se il prodotto non è stato consumato entro la data di scadenza, il fornitore è obbligato a sostituirlo senza chiedere spese ho capito bene?

**Risposta:** Con riferimento al primo interrogativo, si comunica che è possibile presentare la VDRL modificata con carbone. Quanto al secondo quesito, a pagina 10 della "RDO", relativamente ai prodotti soggetti a scadenza, viene specificato quanto segue: "I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna, dovranno avere una validità residua non inferiore a 24 mesi. Nell'eventualità in cui la validità complessiva del prodotto sia inferiore o pari a 2 anni, la ditta dovrà dimostrare che, all'atto della consegna, la validità residua dovrà essere non inferiore ad almeno 2/3 della validità complessiva. Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti. In questa ipotesi la ditta assicurerà che, se al momento della scadenza il prodotto non fosse stato utilizzato, la ditta stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico di questo Ente".

**Domanda:** In riferimento alla Vs richiesta di offerta Vi chiediamo voler confermare se è possibile offrire kit da 250 test. In attesa di Vs riscontro. Cordialmente

**Risposta:** Con riferimento a quanto sopra, si precisa che è possibile offrire kit da 250 test.  
Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA  
(Paolo Cassoli)

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

12.7 GIU. 2017

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica  
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli  
Pratica trattata da: Marzia Colombo/ Margherita Botteghi

