



Atti 1239/17 - all. 13

Milano, 18/09/2017

INDAGINE DI MERCATO PER KIT LAVAGGIO PULSATO CHIRURGICO REF. W-203 DITTA SAMO O EQUIVALENTE.

CHIARIMENTO N. 2

Domanda: sono a chiedere la scheda tecnica del prodotto in uso. Inoltre gradirei sapere indicativamente di quanti pezzi si tratta per poter valutare l'offerta più vantaggiosa.

Risposta:

- Caratteristiche del sistema di lavaggio pulsato oggetto della presente indagine di mercato:
SISTEMA ELETTRICO MONOUSO (12V) PER LAVAGGI PULSATI TIPO CLEANEST™ W-203 SAMO MEDICA O EQUIVALENTE CND A06030499
Destinazione d'uso: ricostruzione protesica delle articolazioni (ginocchio/anca) con protesi cementate e non, mediante irrigazione e aspirazione simultanei
Caratteristiche:
 - a) Forte pressione di irrigazione per permettere efficace e veloce rimozione del debris osseo, tessuto necrotico e di corpi estranei
 - b) Ridotto danneggiamento dei tessuti circostanti
 - c) Protezione schizzi
 - d) Sistema di tubi integrato
 - e) Morsetti per la protezione del retroflusso
 - f) Design ergonomico
 - g) Blocco cannule
 - h) Alimentazione a batterie, estraibili dopo l'uso

- Si conferma quanto indicato nel chiarimento pubblicato su Sintel e sul sito della Fondazione IRCCS in data 11/09/2017: *“Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si precisa che nel campo della piattaforma SINTEL relativo all'offerta economica occorre indicare un valore diverso da zero (es. 0,0001). Il valore indicato è irrilevante ai fini della presente indagine di mercato.”*

IL DIRETTORE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

(Paolo Cassoli)