



20 OTT. 2017

Atti 1304/2017 - all. 43

Milano,

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di kits procedurali, in unione d'acquisto, per 18 mesi, occorrente alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ed all'ASST Lodi.

A rettifica di quanto indicato nella documentazione di procedura, si segnala che le seguenti descrizioni dei teli vengono così modificate:

lotto 1.1 –

...“telo copertura paziente cm. 220 x 330, **4 fori (2 femorali + 2 radiali)** ricoperti da film per incisione adesivo, cornice di rinforzo superassorbente cm 90x120 circa, n. 2 bande laterali trasparenti copripulsantiere”

Da intendersi:

...“telo copertura paziente cm. 220 x 330, **4 fori (2 femorali + 2 radiali)**, non ricoperti da film per incisione adesivo, cornice di rinforzo superassorbente cm 90x120 circa, n. 2 bande laterali trasparenti copripulsantiere”

lotto 1.2 –

...“telo copertura paziente cm. 220 x 330, **2 fori femorali** ricoperti da film per incisione adesivo, **fenestratura sul torace cm 20x 20 ricoperta da film per incisione adesivo**, cornice di rinforzo superassorbente cm 90x120 circa, **2 bande laterali trasparenti copripulsantiere**”

Da intendersi:

...“telo copertura paziente cm. 220 x 330, **2 fori femorali**, **fenestratura sul torace cm 20x 20**, non ricoperti da film per incisione adesivo, cornice di rinforzo superassorbente cm 90x120 circa, **2 bande laterali trasparenti copripulsantiere**”

lotto 1.3 –

...“telo copertura paziente cm 210x330, **fenestratura sul torace cm 15 x15**, ricoperta da film x incisione adesivo, cornice di rinforzo”

Da intendersi:

...“telo copertura paziente cm 210x330, **fenestratura sul torace cm 15 x15**, non ricoperti da film per incisione adesivo, cornice di rinforzo”

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Paolo Cassoli)

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Cassoli
Pratica trattata da: M. Colombo / M.N. Baroni

