



AVVISO

(ai sensi del Codice Etico degli Appalti Regionali – Regione Lombardia)

**OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di Sacche e perforatori per sacche, per 36 mesi occorrenti all'UOC Centro Trasfusionale della Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".**

**CODICE GARA per ANAC: 6555187;**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG LOTTO N. 1: 6847446332;**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG LOTTO N. 2: 6847456B70;**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA – CIG LOTTO N. 3: 6847481015;**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 781 del 24.5.2017.**

**Ditte invitate:**

Sono state invitate tutte le ditte abilitate e qualificate per questo Ente su piattaforma regionale SINTEL per la categoria merceologica CPV 33190000-8 dispositivi medici vari.

**Lotto 1 – Sacca per la criopreservazione di prodotti aferetici/midollo e di sangue cordonale**

Ditte partecipanti	Descrizione del prodotto offerto	Valutazione tecnica	Importo totale presunto triennale I.V.A. esclusa
Siad Healthcare S.p.A.	Sacca criopreservazione Haemopharm Srl cod. SH-50B CND B010499 – REP. 35247	<b>Prodotto non idoneo</b> in quanto non rispetta le dimensioni richieste: larghezza della sacca di $7.9 \pm 2$ anziché 7.2-7.5 cm e l'overwrap ha una larghezza di $10 \pm 2$ cm, anziché non superiore a 8.2 cm	€ 6.048,00.=
Maco Pharma Italia S.r.l.	Sacca cod. GSR1000AU + Sovrassacca cod. GSR5020AU MacoPharma CND B0103 REP. 336976/R – 1412986/R	<b>Prodotto non idoneo</b> in quanto non rispetta le dimensioni richieste: larghezza della sacca cm. $7.5 \pm 2$ ; lunghezza $23 \pm 3$ anziché 7.2 - 7.5 cm. di larghezza e cm. 14.5 di altezza; dimensioni overwrap $14.9 \pm 2$ cm. – lunghezza $31.8 \pm 2$ cm. anziché larghezza non superiore a 8.2 cm. e altezza non inferiore a 18 cm	€ 6.364,80.=
Miltenyi Biotec S.r.l.	CryoMACS Freezing Bag 50-50 ml cod. 200-074-400 CND..REP...	<b>Prodotto idoneo</b>	€ 6.336,00.=
<b>Ditta Miltenyi Biotec S.r.l. – miglior offerente con prodotto idoneo</b>			





**Lotto 2 - Sacca per la raccolta di sangue cordonale:** in fase di valutazione.

**Lotto 3 - Perforatori per sacca non needle free**

Ditte partecipanti	Descrizione del prodotto offerto	Valutazione tecnica	Importo totale presunto triennale I.V.A. esclusa
EMA S.a.s.	Perforatore per sacca cod. FD0008913-BC – Ferrari L. CND A0799 – REP. 257235	<b>Prodotto non idoneo</b> in quanto il prodotto offerto non è perforabile con ago. Nella regola di gara si richiedeva non needle free	<b>€ 1.937,10.=</b>
Maco Pharma Italia S.r.l.	Perforatore spkie/NAC Maco Pharma cod. EPE2000AU CND A99 – REP. 1395208/R	<b>Prodotto non idoneo</b> in quanto il prodotto offerto non è perforabile con ago. Nella regola di gara si richiedeva non needle free	<b>€ 2.178,00.=</b>
<b>LOTTO NON AGGIUDICATO</b>			

IL DIRETTORE  
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI  
(Paolo Cassoli)

