



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica - Direttore: **Ing. Gianpaolo Valente**

Tel. 02 55038418

mail: acquisti@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti2@pec.policlinico.mi.it

Atti 340/2021

Milano, 14.12.2021

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI TERRENI IN PIASTRA E IN PROVETTA PER COLTURE MICROBIOLOGICHE PRONTI ALL’USO E DI DISPOSITIVI DI INCUBAZIONE, PER 60 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 60 MESI

CHIARIMENTO N. 4

Domanda 1: Per il prodotto: Mueller Hinton + NAD + 5% sangue di cavallo agar (secondo le indicazioni EUCAST) si chiede di specificare la dimensione della piastra richiesta: Ø 90 o 145 mm.

Risposta 1: Le piastre devono essere da 90 mm.

Domanda 2: Si chiede se i prodotti di cui al lotto 5 siano richiesti con triplo involucro ed irraggiati.

Risposta 2: Non è indispensabile fornire prodotti con triplo involucro ed irraggiati.

Domanda 3: In relazione a quanto indicato a pag. 19 del Disciplinare e riportato a seguire: “La documentazione tecnica richiesta deve essere presentata in lingua italiana o corredata da traduzione autocertificata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000” Si chiede conferma che, nonostante tutta la documentazione tecnica verrà fornita in lingua italiana, potranno essere presentate in lingua originale le certificazioni prodotte da ente terzo (es. certificati CE, ISO etc), le Dichiarazioni di Conformità alla Direttiva Europea 98/79 relativa ai prodotti IVD emessi dal Fabbricante, i Certificati di Analisi e la bibliografia scientifica.

Risposta 3: Si conferma.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA
(Gianpaolo Valente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Procedimento presso U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica
Pratica trattata da: Marzia Colombo / Roberto Polli

