



Atti 266/2023

Milano, 27.05.2024

PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN MICROPIASTRA PER L'ESECUZIONE DI TEST IMMUNOEMATOLOGICI PRETRASFUSIONALI E PER LA DIAGNOSTICA IMMUNOEMATOLOGICA DI PAZIENTI, DONNE GRAVIDE E DONATORI

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA RISERVATA DEL 27.05.2024

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 1624 del 16.06.2023 è stata indetta procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di un sistema completamente automatico in micropiastro per l'esecuzione di test immunoematologici pretrasfusionali e per la diagnostica immunoematologica di pazienti, donne gravide e donatori, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, con riserva di applicazione dell'art. 95, comma 12, del medesimo decreto legislativo qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e l'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
- con decreto del Direttore Generale n. 504 del 22.02.2024, è stato autorizzato l'avvio della fase di confronto competitivo tra le ditte che hanno presentato, nei termini previsti dal bando di gara, la domanda di partecipazione ed è stata, al contempo, approvata la documentazione di gara;
- con decreto del Direttore Generale n. 1608 del 17.05.2024, sono stati nominati, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini dell'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto, come segue:
 - Dott.ssa Stefania Villa, in servizio presso la SC Medicina Trasfusionale, in qualità di Presidente verbalizzante;
 - Dott.ssa Nicoletta Revelli, in servizio presso la SC Medicina Trasfusionale, in qualità di commissario;
 - Dott.ssa Daniela Intini, in servizio presso la SC Medicina Trasfusionale, in qualità di commissario.

La Commissione giudicatrice, perfettamente costituita, si riunisce in data 27.05.2024 alle ore 10.30 presso gli Uffici della SC Approvigionamenti ed Economato.

In via preliminare, nell'accettare l'incarico conferito, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice dichiarano – ciascuno per sé stesso – l'insussistenza di ogni e qualsivoglia ragione di incompatibilità, di conflitto di interessi e di altri motivi comportanti l'obbligo di astensione dallo svolgimento dell'incarico. A tale scopo, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice sottoscrivono, nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000, l'autodichiarazione in uso presso la Fondazione IRCCS e da conservarsi agli atti della procedura concorsuale.

La Commissione giudicatrice procede quindi nel richiamare i punteggi complessivamente stabiliti nella regola di gara e di seguito riportati:





	Caratteristiche preferenziali		PUNTI
	Affidabilità e versatilità del sistema proposto, del software e possibili personalizzazioni dei profili sempre in virtù delle normative vigenti:		
	Possibilità di estrazione dati ed elaborazione statistica dei test eseguiti e dei materiali utilizzati (documentare)		3
1	Possibilità di un software esperto che permetta l'impostazione di profili e stampe (immagine, operatore, lotto, scadenza, identificativo dello strumento) (documentare)		2
	Possibilità di controllo visivo delle reazioni con risultati letti e interpretati		2
	Possibilità di correzione delle reazioni e di attribuzione di uno score di reazione con tracciabilità delle modifiche effettuate		1
	Possibilità di utilizzare micro-campioni (documentare la quantità minima)		2
	Possibilità di reimpiegare supporti parzialmente utilizzati (documentare)		2
	Caratteristiche strumentali		
	Tempo macchina per singolo test e per batches (allegare simulazione)		4
	Tempo operatore per i carichi di lavoro proposti (allegare simulazione)		4
2	Autonomia operativa degli strumenti offerti a pieno carico di reagenti (allegare simulazione)		4
	Progetto tecnico/ organizzativo proposto in base alla tipologia e ai carichi di lavoro. Si chiede infatti di offrire 1 (uno) strumento ad altra produttività (per la gestione della grande routine e/o donatori) e 1 (uno) strumento a media/bassa produttività (per la gestione di pazienti, donne gravide, campioni emolitici, ecc);		11
	Caratteristiche dei reagenti:		
	Tipologia di reagenti con particolare riguardo a cloni offerti		4
	Pannelli eritrocitari offerti, con particolare riguardo al numero di cellule di screening, di cellule che presentino antigeni rari (a bassa incidenza) come Kpa e Lua e assenza di antigene Bg		5
3	Numero di cellule disponibili per identificazione anticorpale senza utilizzo di enzimi (documentare con antigram)	>33 cellule	6
		da 23 a 33 cellule	3
		da 12 a 22 cellule	1
		da 0-11 cellule	0
	Possibilità di titolazione di alloanticorpi eritrocitari (documentare con esempi)		2
	Possibilità di utilizzare i reagenti/supporti di reazione anche per le metodiche manuale su vetrino o provetta certificati per tali usi (allegare elenco effettuabili)		2
	Possibilità di effettuare altri test di immunoematologia (allegare l'elenco dei test)		5
	Totale		59
	Caratteristiche relative all'assistenza e alla manutenzione		
1	Modalità e tempi di risposta su richiesta di intervento con invio di personale tecnico, (allegare elenco tecnici disponibili e area operativa)		1
2	Caratteristiche del sistema - qualità dell'interfaccia operatore (display, touch screen o altro)		1





	Caratteristiche preferenziali		PUNTI
3	Certificazione del sistema qualità specificando la tipologia più recente ottenuta, ed evidenza delle registrazioni relative alla gestione di non conformità (allegare documentazione)		2
4	Numero di Installazioni operative in analoghe strutture ospedaliere nazionali dello stesso sistema offerto (allegare elenco)		2
	Totale		6
	Referenze		
1	Valutazione quantitativa e qualitativa dei lavori pubblicati su riviste scientifiche non aziendali in cui il Sistema compare nella sezione materiali e metodi (allegare elenco)		5
	Totale		5
	TOTALE:		70

I punteggi inerenti agli aspetti qualitativi avente carattere discrezionale saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione tecnica riguardante gli elementi oggetto di valutazione, delle schede tecniche e di ogni altro atto e/o documento richiesto/i, necessari e/o opportuni, attribuendo i medesimi punteggi sulla base dei seguenti giudizi a cui corrisponde il relativo coefficiente moltiplicativo:

Valutazione	Coefficiente
Non valutabile (carenza assoluta del requisito)	0
Estremamente insufficiente	0,1
Gravemente insufficiente	0,2
Insufficiente	0,3
Quasi sufficiente	0,4
Sufficiente	0,5
Più che sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Molto buono	0,9
Ottimo	1,0

In seguito la Commissione giudicatrice procede alla lettura delle richieste caratteristiche tecniche della fornitura e degli elementi inerenti i requisiti minimi di partecipazione, così come esplicitato nella documentazione posta a base di gara.

Al riguardo, la stessa dà atto che l'offerta presentata dalla ditta Immucor Italia S.p.A. consta della relazione tecnica e dell'altra documentazione richiesta a corredo dalla regola di gara.

La Commissione giudicatrice decide, pertanto, di procedere alla verifica della presenza di tutti i requisiti tecnici indispensabili richiesti a pena di esclusione.





A seguito dell'analisi suddetta, la stessa Commissione ritiene che la proposta tecnica della ditta Immucor Italia S.p.A. soddisfa pienamente quanto richiesto come requisito indispensabile dal capitolato speciale d'appalto.


La Commissione procede in seguito all'esame delle caratteristiche da sottoporre a punteggio dell'unica offerta pervenuta. Nel complesso, la proposta appare adeguata rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS. In considerazione di tale valutazione, la Commissione decide di attribuire alla ditta Immucor Italia S.p.A. il punteggio convenzionale di 70 punti.

Conclusa l'attività in parola, alle ore 11.00, la Commissione giudicatrice, avendo completato i propri lavori con l'attribuzione del punteggio come sopra riportato, stabilisce di rassegnare al RUP il presente verbale per l'assunzione dei successivi provvedimenti ed in particolare per l'apertura dell'offerta economica della ditta Immucor Italia S.p.A., unica partecipante alla procedura in parola.

Dott.ssa Stefania Villa



Dott.ssa Nicoletta Revelli



Dott.ssa Daniela Intini

