



Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

**SC Approvvigionamenti ed Economato - Direttore:** Dott. Giorgio Riccardo Ruscica

Tel. 02 55038302

mail: [acquisti@policlinico.mi.it](mailto:acquisti@policlinico.mi.it) | pec: [approvvigionamenti1@pec.policlinico.mi.it](mailto:approvvigionamenti1@pec.policlinico.mi.it)

Atti 1.6.03/2023 – 537 all.

Milano, 15/04/2024

**PROCEDURA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SANITARI PER I REPARTI DI DEGENZA E AMBULATORI DEL CENTRAL BUILDING DELLA FONDAZIONE IRCCS – N. GARA ANAC 9487059.**

**VERBALE N. 3 COMMISSIONE TECNICA DEL GIORNO 15/04/2024**

Richiamato il Verbale della seconda seduta la Commissione Tecnica si riunisce per la terza seduta, alle ore 13:00, presso gli Uffici della Direzione Aziendale Professioni Sanitarie, piano primo - Padiglione ex Convitto Suore.

Come concordato al termine dell'ultimo incontro, la Commissione ritiene utile riprendere da dove si erano interrotti i lavori per questioni unicamente di tempo, dunque seguendo l'ordine di elencazione di cui al Lotto n° 1 – Letti e prendendo in esame le relazioni tecniche dei restanti articoli.

Considerato opportuno, allo scopo di favorire un'esaustiva valutazione degli articoli proposti dagli operatori economici, dare corso anche all'analisi degli elementi c.d. *migliorativi* relativi ad alcuni prodotti, così come descritti separatamente nei documenti di partecipazione alla gara.

A conclusione dell'iter valutativo della documentazione, in riferimento ai requisiti richiesti per il lotto in argomento, la Commissione si determina nel dare atto che nessuna delle società concorrenti, ovvero: Malvestio S.p.A.; Linet Italia S.r.l. in RTI con Gardhen Balance S.r.l.; risulta essere in contrasto con quanto stabilito dal Capitolato e dal Disciplinare di gara.

Sulla base dei criteri stabiliti nelle regole di gara per la valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede quindi con l'assegnazione del punteggio discrezionale per ogni elemento qualitativo, cui viene attribuito un coefficiente variabile, da zero a uno, da parte dei singoli Commissari e ciò a valere per ciascun sublotto.

La Commissione provvede a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti all'offerta dai Commissari, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai singoli prodotti.

Secondo il metodo richiamato nella prima seduta, la Commissione prende poi in esame l'applicazione del punteggio tabellare attribuito automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

La Commissione procede nell'attribuzione dei punteggi dell'offerta, nell'ordine, delle società:

- Malvestio S.p.A.;
- Linet Italia S.r.l. in RTI con Gardhen Balance S.r.l..



*eli*  
*lino*



A conclusione dei lavori relativamente al Lotto n°1, la Commissione ritiene di dare evidenza dei punteggi complessivi, nell'allegato sub n° 1), unito a far parte integrante e sostanziale del presente Verbale che qui si sintetizza:

Ditta	Punteggio Tecnico attribuito
Malvestio S.p.A.	58,17
Linet Italia S.r.l. in RTI con Gardhen Bilance S.r.l.	66,00

La commissione chiude la seduta alle ore 15:00.

I membri fissano la prossima riunione per il giorno 24/04/2024 alle ore 13,00.




Visto, letto, confermato e sottoscritto.

I membri della Commissione tecnica:

- Presidente: Dott.ssa Clara Ceruti

- Dott.ssa Monica Tolentini

- Luca Emilio Viridis, verbalizzante

  
.....  
  
.....  
  
.....



NR.	CRITERI DI VALUTAZIONE	punti max	VALUTAZIONE COMMISSARI			Motivazioni	valutazione media	Punti attribuiti	
			1°	2°	3°			LINEE	MALVESTO
1. QUALITA' COSTRUTTIVA	resistenza, stabilità, solidità, saldature, incastri, qualità finiture, verniciature	28	1	1	1	il giudizio complessivo è ottimo grazie anche alla presenza di elementi accessori completamente in acciaio	1,00	28,00	23,33
			0,75	0,75	1	il giudizio complessivo è più che buono, l'anta porta filo ha delle parti in plastica	0,83		
2. INNOVAZIONI TECNOLOGICHE	Innovazione tecnologica - materiali, meccanismi, sistemi di sicurezza sistemi di sanificazione	18	1	1	1	il giudizio è ottimo: il posizionamento dell'eventuale bombola dell'ossigeno sotto il vano materasso rappresenta un elemento migliorativo con performance definite	1,00	18,00	16,00
			0,75	1	0,75	La proposta risponde in maniera più che buona ai requisiti minimi previsti dal capitolato	0,83		
3. FACILITA' D'USO	facilità d'uso (facilità rimozione delle testiere e delle pediere, facilità abbattimento delle sponde, agilità nella movimentazione, intuitività di utilizzo)	10	1	1	1	ottima movimentazione grazie al minimo ingombro degli eventuali accessori	1,00	10,00	8,33
			0,75	0,75	1	il giudizio complessivo è più che buono, anche se la posizione di eventuali elementi accessori come la bombola di ossigeno potrebbero ridurre la facilità nella movimentazione	0,83		
4. CARATTERISTICHE ESTETICHE PARTICOLARI	presenza di disegni, decorazioni e colori	2	1	1	1	La presenza di spondine trasparenti e le decorazioni del letto pediatrico rappresentano un ottimo elemento migliorativo	1,00	2,00	1,50
			0,75	0,75	0,75	La proposta risponde in maniera buona ai requisiti minimi e non si ravvedono elementi decorativi di rilievo	0,75		
5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA	4 o più anni di garanzia extra - 4 punti 3 anni garanzia extra - 3 punti 2 anni garanzia extra - 2 punti 1 anno garanzia extra - 1 punto nessuna garanzia extra - 0 punti	4						1,00	4,00
6. CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	Il punteggio verrà attribuito in funzione della capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Regolamento (CE) n. 1221/2009 o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015. In corso di validità. *SI: 2 punti *NO: 0 punti	2						2,00	2,00
7. POSSESSO CERTIFICAZIONE SA8000	Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta. * SI: 2 punti * NO: 0 punti	2						2,00	0,00
8. CERTIFICAZIONE SALUTE E SICUREZZA ISO 45001	Il punteggio verrà attribuito in funzione dell'adozione di un sistema certificato di promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attribuito *SI: 2 punti *NO: 0 punti	2						2,00	2,00
11. % DONNE IN RUOLI APICALI (CONSIGLI AMMINISTRAZIONE, AMMINISTRATORI)	Il punteggio verrà attribuito in funzione della percentuale di donne in ruoli apicali (consiglio di amministrazione/amministratore e dirigenti). Il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti modalità: * >= 40% = 2 p * >= 20% < 40% = 1 p * < 20% = 0 p	2						1,00	2,00
	TOTALE	70						66,00	58,17