



Atti 93/2024

Milano, 29.05.2024

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DETERMINAZIONE DI CATENE LEGGERE LIBERE E PROTEINE SPECIFICHE

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA RISERVATA DEL 29.05.2024

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. 903 del 21.03.2024, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di catene leggere libere e proteine specifiche, per 60 mesi;
- con decreto del Direttore Generale n. 1644 del 17.05.2024, sono stati nominati, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 36/2023, i componenti della Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all’attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini dell’aggiudicazione della fornitura di cui all’oggetto, come segue:
 - dott. Matteo Vidali, Responsabile della SS Laboratorio di biochimica, in qualità di Presidente verbalizzante;
 - dott.ssa Iris Maria Silvani, in servizio presso la SC Patologia Clinica, in qualità di commissario;
 - dott.ssa Vanda Marinelli, in servizio presso la SC Patologia Clinica, in qualità di commissario;

La Commissione giudicatrice, perfettamente costituita, si riunisce in data 29.05.2024 alle ore 13.30 presso gli Uffici della SC Approvvigionamenti ed Economato.

In via preliminare, nell’acceptare l’incarico conferito, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice dichiarano – ciascuno per sé stesso – l’insussistenza di ogni e qualsivoglia ragione di incompatibilità, di conflitto di interessi e di altri motivi comportanti l’obbligo di astensione dallo svolgimento dell’incarico. A tale scopo, il Presidente e gli altri componenti la Commissione giudicatrice sottoscrivono, nelle forme previste dal d.P.R. n. 445/2000, l’autodichiarazione in uso presso la Fondazione IRCCS e da conservarsi agli atti della procedura concorsuale.

La Commissione giudicatrice procede quindi nel richiamare i punteggi complessivamente stabiliti nella regola di gara e di seguito riportati:





| Requisito | | Punt. max |
|--|-------------|-----------|
| Utilizzo di cuvette di reazione monouso con caricamento automatico senza interruzione della routine | | 10 |
| Numero di provette campione a bordo | <10 = 1 | 4 |
| | 10 – 50 = 3 | |
| | >50 = 4 | |
| Numero di posizioni per reagente a bordo | <10 = 2 | 5 |
| | >10 = 5 | |
| Stabilità massima dei reagenti dopo apertura | | 5 |
| Presenza di due aghi per la dispensazione dei campioni e dei reagenti | | 10 |
| Controllo dell'eccesso di antigene (specificare modalità e su quali test è applicato) | | 4 |
| Modalità e tempo di avvio del sistema; tempo e impegno per la manutenzione giornaliera | | 4 |
| Reflex test automatico con aggiustamento della diluizione per le misure fuori range (sia al di sotto, sia al di sopra dei valori di concentrazione della diluizione di partenza) indicare su quali test è attivo il reflex | | 4 |
| Per catene leggere kappa e lambda kit prodotto dalla stessa ditta fornitrice della strumentazione | | 2 |
| Per catene leggere kappa e lambda valore di riferimento riconosciuto dalla linea guida internazionale (IMWG) | | 8 |
| Precisione e sensibilità delle misure, linearità delle reazioni | | 4 |
| Stabilità nel tempo delle curve di reazione | | 10 |

I punteggi inerenti gli aspetti qualitativi avente carattere discrezionale saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione tecnica riguardante gli elementi oggetto di valutazione, delle schede tecniche e di ogni altro atto e/o documento richiesti, necessari e/od opportuni, attribuendo i medesimi punteggi sulla base dei seguenti giudizi: insufficiente, scarso, sufficiente, buono ed ottimo, cui corrisponderà il relativo punteggio, come da tabella che segue:

| Punteggio max | Ottimo | Buono | Sufficiente | Scarso | Insufficiente |
|---------------|--------|-------|-------------|--------|---------------|
| 2 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |
| 4 | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
| 5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 8 | 8,0 | 6,4 | 4,8 | 3,2 | 1,6 |
| 10 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |

In caso di assoluta carenza del requisito, non sarà attribuito punteggio alcuno.

In seguito la Commissione giudicatrice procede alla lettura delle richieste caratteristiche tecniche della fornitura e degli elementi inerenti i requisiti minimi di partecipazione, così come esplicitato nella documentazione posta a base di gara.





Al riguardo, la stessa dà atto che l'offerta presentata dalla ditta The Binding Site S.r.l. consta della relazione tecnica e dell'altra documentazione richiesta a corredo dalla regola di gara.

La Commissione giudicatrice decide, pertanto, di procedere alla verifica della presenza di tutti i requisiti tecnici indispensabili richiesti a pena di esclusione.

A seguito dell'analisi suddetta, la stessa Commissione ritiene che la proposta tecnica della ditta The Binding Site S.r.l. soddisfa pienamente quanto richiesto come requisito indispensabile dal capitolato speciale d'appalto.

La Commissione procede in seguito all'esame delle caratteristiche da sottoporre a punteggio dell'unica offerta pervenuta. Nel complesso, la proposta appare adeguata rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS. In considerazione di tale valutazione, la Commissione decide di attribuire alla ditta The Binding Site S.r.l. il punteggio convenzionale di 70 punti.

Conclusa l'attività in parola, alle ore 14.00, la Commissione giudicatrice, avendo completato i propri lavori con l'attribuzione del punteggio come sopra riportato, stabilisce di rassegnare al RUP il presente verbale per l'assunzione dei successivi provvedimenti ed in particolare per l'apertura dell'offerta economica della ditta The Binding Site S.r.l., unica partecipante alla procedura in parola.

Dott. Matteo Vidali

Dott.ssa Iris Maria Silvani

Dott.ssa Vanda Marinelli

