



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

Atti 1.6.03/2024-90 All. 57

Milano, 31/05/2024

OGGETTO: IC - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI N. 35 SISTEMI PENSILI PER LE NECESSITA' DEL NUOVO BUILDING DELLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO".

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute, si trasmette la seguente risposta:

DOMANDA 1:

Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1- Dalla sezione dei solai non è possibile rilevare lo spessore del calcestruzzo (lato intradosso) per il fissaggio, si chiedo conferma che lo stesso sia di almeno 5 cm.
- 2- Dai dwg forniti non sembra emergere l'interasse del predalles, sarebbe necessario avere indicazioni circa le posizioni di ancoraggio ammissibili sulla sezione del solaio.

Cordiali saluti

RISPOSTA 1:

Spett.le società,

1 - Si conferma

2 - per le posizioni di ancoraggio possibili, occorre riferirsi alle porzioni di spazio ove non sono stati previsti gli alleggerimenti riportati nei progetti costruttivi già fornita a supporto della documentazione di gara.

Cordiali saluti

DOMANDA 2:

Buongiorno,

a pag. 17 al punto 6.2 del disciplinare di gara viene richiesta l'esecuzione di forniture analoghe negli ultimi tre anni, si chiede di confermare che il triennio da prendere in considerazione sia il 2021-2022-2023.

Cordiali saluti

RISPOSTA 2:

Spett.le società,

Si conferma che il triennio da prendere in considerazione è relativo al periodo 2021-2022-2023.

Cordiali saluti

DOMANDA 3:

Buongiorno,

si segnala che sul portale ANAC non è presente il CIG necessario al pagamento del contributo richiesto.

Cordiali saluti





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

RISPOSTA 3:

Spett.le società,

il CIG è il B17968567F come da "Disciplinare n. 35 pensili_Fondazione Policlinico - v1" presente nella sezione denominata documentazione di gara.

Cordiali saluti

DOMANDA 4:

Buongiorno,

a pag. 32 del disciplinare di gara viene richiesto il pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 da apporre sulla domanda di partecipazione. A pag. 42 del disciplinare di gara viene nuovamente richiesta l'applicazione della marca da bollo sull'offerta economica. Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate: "le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione? Per quanto sopra esposto si chiede di rettificare l'obbligo dell'applicazione della marca da bollo sull'offerta economica mentre rimane valida quella relativa alla domanda di partecipazione.

In attesa di riscontro Cordiali saluti

RISPOSTA 4:

Spett.le società,

Si conferma che non vi è obbligo di applicazione della marca da bollo sull'offerta economica.

Cordiali saluti

DOMANDA 5:

Spett.Le Ente,

al momento di pagare il contributo ANAC ci siamo resi conto che il CIG indicato sia in disciplinare di gara che nel dettaglio Sintel è errato, risultando associato a una procedura di gara già scaduta. Dall'assistenza ANAC ci hanno riferito non essere possibile pagarlo in altri modi finché non venga associato un CIG corretto da parte Vs. Siamo pertanto a chiedere indicazioni su come procedere. Ringraziando della collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA 5:

Spett.le società,

il CIG è il B17968567F come da "Disciplinare n. 35 pensili_Fondazione Policlinico - v1" presente nella sezione denominata documentazione di gara.

Cordiali saluti

DOMANDA 6:

Buonasera,





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

SC Ingegneria Clinica - Direttore: Ing. Paolo Cassoli

Tel. 02 5503.8417

E-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it | pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

con la presente chiediamo la possibilità di effettuare il sopralluogo presso i locali interessati per la fornitura in oggetto, possibilmente nei giorni di lunedì 03 giugno o di martedì 04 giugno.

Ringraziando per la collaborazione, attendiamo un gentile riscontro.

Cordiali saluti

RISPOSTA 6:

Le date saranno concordate con ogni singola società richiedente.

RUP

(ing. Paolo Cassoli)

Procedimento presso SC Ingegneria Clinica

Responsabile del Progetto: ing. Paolo Cassoli

Pratica trattata da: ing. Katuscia Carota

Tel. 02/5503.8212

e-mail: paolo.cassoli@policlinico.mi.it

katuscia.carota@policlinico.mi.it

pec: approvvigionamenti5@pec.policlinico.mi.it

